Geon™ Vinyl Flexible XV3863

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

XV3863 is a flexible (95A durometer) vinyl compound formulated from FDA-santioned raw materials. XV3863 Clear 1859 has been tested to USP Class VI.

Главная Информация	
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода Медицинские устройства
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан USP 21, класс VI
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.28	g/cm³	ASTM D792
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	95		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение [1]			ASTM D638
Fracture	22.1	MPa	ASTM D638
100% strain	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [2] (Break)	320	%	ASTM D638

Дополнительная информация

□□:□□21□□□□.□□□□□□,□□□“□□□□□□□□□”.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat